



HOSPITAL SÃO LOURENÇO

ATA DE JULGAMENTO DO EDITAL nº 004/2025 RESOLUÇÃO SESMG 9247 DE DEZEMBRO DE 2023

No 29º dia do mês de maio do ano de 2025, reuniram-se no Centro de Estudos do Hospital da Fundação Casa de Caridade de São Lourenço, os membros da Comissão Permanente de Compras: Ivonaldo Pereira Rocha (Presidente da comissão), Renata Maria Arruda Maciel (Secretária) e Mario Matias, para avaliar as propostas apresentadas por empresas que participaram no processo de compras lançado no Edital nº 04/2025, elaborado a partir da Resolução 9247/2023.

Foi aberta a Cotação Prévia de Preços no dia 16/05/2025 a 26/05/2025, enviado para os fornecedores cadastrados, bem como publicizado em site institucional. Após a disponibilização nos termos e divulgação no site <https://hospitalsaolourenco.com.br/#>, aba Transparência Institucional, Publicações, registrando ampla divulgação e publicidade, de modo a proporcionar acesso amplo e irrestrito aos interessados, registrando ampla divulgação e publicidade, de modo a proporcionar acesso amplo e irrestrito aos interessados, foram recebidas as propostas mais bem organizadas no Mapa de Orçamentos (documento integrante deste Processo de Compras).

Assim sendo, os orçamentos foram direcionados e mapeados pelo setor de Prestação de Contas, que observando o mínimo de 03 (três) cotações, solicitou ao setor de Engenharia Clínica a análise das especificações dos itens ofertados. Em análise às propostas apresentadas, registra-se que tiveram apenas 01 (uma) empresa atendeu as orientações e qualificações técnicas do objeto a ser contratado por meio da realização do presente Processo de Compras, cuja precificação é compatível com o valor máximo sugestionado na supra mencionada Resolução.

A justificativa das desclassificações e da classificação das empresas encontram-se anexo, sendo elas exclusivamente de ordem técnica a desclassificar as empresas interessadas, nos termos das elucidações prestadas.

Na sequência, foi conferida a documentação de habilitação da empresa, cujas qualificações técnicas do objeto atenderam integralmente aos requisitos editalícios, estando essas regulares e tornando a empresa habilitada.

Diante do exposto, homologa-se o resultado da Cotação Prévia de Preços – Divulgação Eletrônica nº 004/2025, com a adjudicação do objeto para a empresa MG MEDICAL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – CNPJ.32.501.062/0001-73

Nada mais havendo a fazer constar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que segue assinada pelo Presidente e pelos membros da Comissão de Compras. A Comissão julgou válido o processo, sugerindo o encerramento do certame e o prosseguimento com a aquisição junto à empresa vencedora, mediante emissão do respectivo pedido de compras e demais providências administrativas cabíveis.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião lavrando a presente Ata de Julgamento, que segue assinada pelos seus membros.



HOSPITAL SÃO LOURENÇO

ITEM	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
VÍDEO LARINGOSCÓPIO	01	R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00

Renata Maria Arruda Maciel

Ivonaldo Pereira Rocha

Mário Matias



HOSPITAL SÃO LOURENÇO

**RELATÓRIO
COMPARAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES DAS PROPOSTAS ENVIADAS
EDITAL 004/2025 - RESOLUÇÃO 9247/2023**

ITEM 1 – VIDEOLARINGOSCÓPIO:

- QUANTIDADE: 1
- VALOR UNITÁRIO DO CONVÊNIO: R\$ 45.050,00
- FORNECEDOR: DORMED
- MODELO DO EQUIPAMENTO: VL3N HUGEMED
- VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA: R\$ 20.997,95
- PARECER: **O equipamento não atende as especificações solicitadas no edital.**

- Edital solicita: "...Acessórios: 5 lâminas ante embaçantes curvas reutilizáveis em aço inoxidável, tamanhos 1, 2, 3, 4 e 5..."
- Equipamento ofertado possui apenas 3 lâminas conforme descrito na proposta apresentada.

ITEM 1.1 – VIDEOLARINGOSCÓPIO:

- QUANTIDADE: 1
- VALOR UNITÁRIO DO CONVÊNIO: R\$ 45.050,00
- FORNECEDOR: VAD MEDICAL
- MODELO DO EQUIPAMENTO: BESDATA
- VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA: R\$ 21.900,00
- PARECER: **O equipamento não atende as especificações solicitadas no edital.**

- Edital solicita: "...Tela de no mínimo 3,5 polegadas..."
- Não foi encontrado na proposta menção sobre as características técnicas da tela do equipamento ofertado.
- Edital solicita: "...5 lâminas ante embaçantes curvas reutilizáveis em AÇO INOXIDÁVEL..."
- No descritivo técnico do equipamento ofertado não fica claro que as lâminas são confeccionadas em aço inoxidável conforme solicitado. O descritivo diz que as lâminas são confeccionadas em metal de alta durabilidade, mas isto não significa que são feitas em aço inoxidável.

ITEM 1.2 – VIDEOLARINGOSCÓPIO:

- QUANTIDADE: 1
- VALOR UNITÁRIO DO CONVÊNIO: R\$ 45.050,00
- FORNECEDOR: RR FERREIRA
- MODELO DO EQUIPAMENTO: NÃO INFORMADO
- VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA: R\$ 22.350,00



HOSPITAL SÃO LOURENÇO


- PARECER: **O equipamento não atende as especificações solicitadas no edital.**

- Não foi encontrado na proposta nenhuma menção sobre marca, modelo, características técnicas e registro ANVISA do equipamento ofertado, conforme solicitado no edital, portanto não é possível realizar a análise técnica do item ofertado, sendo o mesmo desclassificado automaticamente.

ITEM 1.3 – VIDEOLARINGOSCÓPIO:

- QUANTIDADE: 1
- VALOR UNITÁRIO DO CONVÊNIO: R\$ 45.050,00
- FORNECEDOR: MG MEDICAL
- MODELO DO EQUIPAMENTO: VL3R
- VALOR UNITÁRIO DA PROPOSTA: R\$ 42.000,00
- PARECER: **O equipamento atende as especificações solicitadas no edital.**

São Lourenço, 27 de maio de 2025.



Alexandre Papandréa
Engenheiro Biomédico
CREA-MG 226.366